



MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

ALERTA DIGEMID N° 17 - 2018

LOTES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OBSERVADOS POR RESULTADOS CRÍTICOS DE CONTROL DE CALIDAD

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunica a los profesionales de salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos, responsables del suministro de medicamentos en el sector público y privado, y al público en general lo siguiente:

1. La DIGEMID, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, toma muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país a fin de verificar su calidad a través del control analítico, asimismo evalúa los resultados no conformes de productos adquiridos por organismos del Estado.
2. Como resultado de estas acciones se ha identificado lotes de algunos dispositivos médicos cuyos resultados del control de calidad han sido considerados críticos.
3. En cumplimiento de sus funciones, la DIGEMID dispuso oportunamente el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes a los lotes observados de los siguientes dispositivos médicos:

NOMBRE DEL PRODUCTO	N° DE LOTE	REGISTRO SANITARIO	FABRICANTE	PAÍS	TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO/CERTIFICADO DEL REGISTRO SANITARIO	RESULTADOS ANALÍTICOS
SEGURIMAXX - EQUIPO DE INFUSIÓN DESECHABLE - DISPOSABLE INFUSION SET, caja con 50 sobres por 01 unidad	20151210	E-28936- IMM	ANHUI TIANKANG MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.	CHINA	Drogueria DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.	No conforme para los ensayos de volumen de entrega (goteo) y regulador de flujo
CATÉTER DE SUCCIÓN ENDOTRAQUEAL 16FR/CH - 40 cm, caja con 50 sobres por 01 unidad	20160727 (C.R.S. N° 1112-2012)	DM0131E	CHANGZHOU WEITE MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.	CHINA	Drogueria IMPORTADORA DROGUERÍA CASA SALAZAR S.A.C.	No conforme para el ensayo de esterilidad

Existiendo la posibilidad de que algunos dispositivos médicos de lotes observados permanezcan aún en el mercado nacional o estén en posesión de los pacientes, la DIGEMID realiza la presente comunicación a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar problemas que se puedan derivar de su utilización.

Para mayor información sobre resultados de Control de Calidad verificar en el Observatorio de Calidad de la página web: www.digemid.minsa.gob.pe

Lima, 02 de mayo de 2018